

質問に対する回答

「(不用-1)医療機器売却」に係る質問について、次のとおり回答する

No.	質問内容	回答
1	現在設置場所（位置決め室）でエラー無く正常作動致しておりますか。	お見込みのとおりです。
2	現状、今回の売却機器を治療位置決めではなく、患者様の通常検査で使用可能な状態でしょうか。	お見込みのとおりです。
3	現在の制御ソフトウェアのバージョンを教えてください。	制御ソフトウェアのバージョンは、「17BW11.2_SP1-1-1」です。